

**PARECER TÉCNICO
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 06/2022
CONVÊNIO nº 899543/2020**

À Comissão de Compras

O equipamento Bisturi Eletrônico Digital 150 Watts Monopolar e Bipolar - BP-150S - EMAI apresentado na proposta da empresa **MANANCIAL PRODUTOS MÉDICOS ME**, CNPJ: 24.603.766/0001-29, para fornecimento do item BISTURI ELÉTRICO (A PARTIR DE 151 W) não atende ao nosso objetivo, pois não possui todas as especificações técnicas exigidas. A potência declarada na proposta (150W) é inferior do descrito no Anexo I Termo de Referência (a partir de 151 W).

Salvador, 19 de julho de 2022



Gustavo Oliveira
SUPERVISOR MAN. EQUIP./ELET.
Hospital Humberto Castro Lima

Gustavo Oliveira Matos Costa
Supervisor Manutenção de Equipamentos
CREA 92574
IBOPC